Istruzioni

La visione potrà essere effettuata (per un massimo di gg. 60) ESCLUSIVAMENTE alle seguenti condizioni:

1. Fornitura gratuita di tutto il materiale di consumo necessario per l'esercizio; i laser devono essere corredati con almeno due paia di occhiali protettivi e quanto prescritto dall'addetto sicurezza laser;
2. Oneri di installazione, disinstallazione e di gestione a carico del Fornitore;
3. Non è prevista la connessione in rete delle apparecchiature oggetto di visione;
4. Assunzione di responsabilità relativamente ai rischi connessi all'utilizzo dell'apparecchiatura (furto, incendio, danni a terzi) per tutto il periodo della prova;
5. **Invio, in allegato al presente modulo compilato e firmato (in ogni sua parte sia quella di competenza del reparto sia quella della Ditta), della seguente documentazione all'indirizzo e-mail** ingegneria.clinica@asst-spedalicivili.it:
   a. certificazione di rispondenza alla normativa vigente (certificazione CE)
   b. scheda tecnica e scheda di installazione (alimentazione assorbimento, peso e dimensioni);
   c. manuale d'uso in lingua italiana;
   d. ultimo certificato di manutenzione valido (entro 1 anno);
   e. particolari precauzioni e/o limitazioni all'utilizzo;
   f. dati tossicologici, se del caso, (produzione sostanze e/o modalità smaltimento rifiuti);
6. All'atto dell'installazione o fino a un mese prima dell'ingresso, **esecuzione di verifiche di sicurezza** sull'apparecchiatura in visione.

Ad autorizzazione ricevuta la Ditta deve:

Per prova visione richiesta nel PO Spedali Civili di Brescia e presidi cittadini:

- la Ditta deve contattare il reparto oggetto di visione per prendere accordi circa la consegna dell'apparecchiatura, e informare il Magazzino della S.C. Ingegneria Clinica, scrivendo all'indirizzo mail ingegneria.clinica.magazzino@asst-spedalicivili.it, specificando la necessità di effettuare le prove di sicurezza elettrica in loco;
- Al momento della installazione della apparecchiatura, la ditta informa il Magazzino della S.C. Ingegneria Clinica per il rilascio della DDT di ingresso e l'etichettatura della apparecchiatura in loco;
- Al momento del ritiro la Ditta deve recarsi presso il Laboratorio Manutenzione della S.C. Ingegneria Clinica (Palazzina Infettivi, piano -1) per l'emissione del DDT di uscita.

Per prova visione richiesta nel PO di Montichiari o Gardone Val Trompia:

- la Ditta deve contattare l'ufficio di presidio della S.C. Ingegneria Clinica per prendere accordi circa la consegna dell'apparecchiatura, scrivendo all'indirizzo mail ingegneria.clinica.territorio@asst-spedalicivili.it.
- Al momento della installazione della apparecchiatura, la ditta informa l'ufficio di presidio della S.C. Ingegneria Clinica per il rilascio della DDT di ingresso e l'etichettatura della apparecchiatura in loco.
- Al momento del ritiro la Ditta deve recarsi presso l'ufficio di presidio della S.C. Ingegneria Clinica per l'emissione del DDT di uscita.

Conformità al regolamento 2016/679 (GDPR)

Nel caso in cui la visione interessi apparecchiature che prevedono la raccolta e la gestione di dati personali, è fatto obbligo di far riferimento alla S.C. Ingegneria Clinica al fine di dimostrare che l'eventuale database interno non contenga dati sia all'ingresso che all'uscita dell'apparecchiatura.

La S.C. Ingegneria Clinica si riserva di non autorizzare successive visioni richieste nel caso in cui:

- vengano disattese le prescrizioni dei punti precedenti;
- l'apparecchiatura venga ritirata prima della scadenza naturale della visione senza l'autorizzazione da parte della S.C. Ingegneria Clinica.

Dettaglio Richiesta

Reparto Richiedente

Reparto

Nominativo Referente

Telefono

E-mail

Responsabile Reparto

Firma Responsabile Reparto

Ditta Fornitrice

Ragione Sociale

Indirizzo

Nominativo Referente

Telefono

E-mail

Nominativo Responsabile

Firma Responsabile

Dati Apparecchiatura

Tipologia

Modello

Produttore

Marcatura CE (93/42) (si/no)

Marcatura CE (98/79) (si/no)

CND

RDM

Classe (93/42) – se applicabile

Classe e tipo (CEI 62-5) – se applicabile

Dimensioni (H x L x W)

Peso (kg)

Alimentazione interna

Alimentazione acqua (portata, temperatura, pressione)

Ulteriori esigenze tecniche per l'installazione e regolare funzionamento

Valore commerciale (Euro)

Durata visione (giorni – max 60)

Parere Tecnico	
❒ Favorevole ❒ Contrario	
Firme di NULLA OSTA	

Direttore SC Ingegneria Clinica

□ Direttore SPP
(se di competenza)

□ Direttore SC Fisica Sanitaria
(se di competenza)

Direttore Medico di P.O.